

**ANEXO III**

**LISTADO DE EQUIPOS MÉDICOS DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL**

<b>EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL</b>		
<b>CERTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>EQUIPOS / TEST</b>	<b>DOCUMENTACION</b>
<p><b>CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificados de Mantenimiento (cada seis meses)</li> <li>• Certificado Calibración, con nombre del SSO y con antigüedad no mayor a 01 año. Además, deben ser expedida por una persona jurídica o natural especializada en el tema.</li> <li>• En equipos nuevos, presentar la factura o boleta de venta con las siguientes especificaciones: Marca, Modelo y Número de Serie.</li> </ul>		
<b>UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA</b>		
<p><b>LABORATORIO</b></p> <p>Para exámenes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biometría Sanguínea,</li> <li>• Bioquímica Sanguínea,</li> <li>• Grupo y Factor Sanguíneo,</li> <li>• Examen Completo de Orina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microscopio</li> <li>• Centrifuga universal de tubos</li> <li>• Centrifuga para hematocrito</li> <li>• Equipo de Baño María</li> <li>• Contador de células sanguíneas</li> <li>• Espectrofotómetro/Fotómetro digital</li> <li>• Refrigeradora (para muestras)</li> <li>• Refrigeradora (para reactivos)</li> <li>• Termómetro para refrigeradora</li> <li>• Hemoglobímetro</li> <li>• Analizador Bioquímico</li> <li>• Analizador Hematológico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En equipos modernos que suplan las funciones de alguno de los equipos, sustentarlo con documento técnico o con lista de especificaciones del nuevo equipo, validado por el responsable del área de Patología Clínica.</li> <li>• En actividad tercerizada, presentar la RENIPRESS de la empresa contratada.</li> <li>• Certificado de Mantenimiento vigente</li> <li>• Certificado de calibración vigentes</li> </ul>
<p><b>TOXICOLOGÍA</b> (en relación a metales pesados)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipamiento especial (equipo de absorción atómica)</li> </ul>	<p>En caso de no contar con equipo presentar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio o contrato con empresa que brinde el Servicio de análisis para metales pesados,</li> <li>• Copia de su categorización del EE.SS.</li> <li>• Copia de Registro Nacional de Institución Prestadora de Servicios de Salud (RENIPRESS) emitido por SUSALUD de la empresa contratada</li> <li>• Procedimiento de la actividad.</li> <li>• Cartera de servicios</li> </ul>
<b>EVALUACIÓN OCUPACIONAL</b>		
<p><b>EVALUACION MUSCULO ESQUELETICO Y NEUROLOGICO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamómetro</li> <li>• Martillo de Reflejos</li> <li>• Escoliómetro</li> <li>• Cuadrícula postural</li> <li>• Tallímetro</li> <li>• Podoscopio</li> </ul>	
<p><b>EVALUACION PSICOLOGICA OCUPACIONAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inteligencia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Test de Matrices Progresivas de Raven, o</li> <li>✓ Test de Otis, o</li> <li>✓ Test rápido de Barranquilla-Barsit</li> </ul> </li> <li>• <b>Personalidad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Test de Figura Humana de K. Machover, o</li> <li>✓ Test de Persona bajo la lluvia, o</li> </ul> </li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inventario multifásico de la personalidad MMPI (versión minimult) para adultos</li> <li>• <b>Coordinación Visiomotriz</b></li> <li>✓ Test de retención visual de Benton C</li> </ul>	
<b>EVALUACION OFTALMOLOGICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Para agudeza visual</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cartilla de Snellen, o</li> <li>✓ Cartilla de Snellen Modificada, o</li> <li>✓ Cartilla de Jaeger, o</li> <li>✓ Visiómetro con cartilla de Logmar o Cartilla de Logmar</li> </ul> </li> <li>• <b>Para visión de profundidad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Test de estereoptosis, o</li> <li>✓ Visiómetro o test de Frisby</li> </ul> </li> <li>• <b>Para visión de colores</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Test de Ishirara</li> </ul> </li> </ul>	
<b>EVALUACIÓN DERMATOLOGIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dermatoscopio</li> <li>• Lámpara para examen clínico</li> </ul>	
<b>RADIOLOGIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de Rayos X no portátil con generador no menor de 300 mA a 125 KV. Con fuente de poder independiente.</li> <li>• Parilla o bukly Vertical, Grilla de 10:1 y 100 líneas por pulgada.</li> <li>• Barrera emplomada de protección para el operador</li> <li>• Mandil emplomado</li> <li>• Chasis con pantalla intensificadora de velocidad media sensible al verde de 14x14 y 14x17 pulgadas (35x35 y 35x43cm).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licencia de Operación expedida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) vigente</li> <li>• Informe de Límites y Condiciones de la Licencia de Operación</li> <li>• Control de Calidad vigente.</li> </ul>
<b>EVALUACIÓN AUDITIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audiómetro</li> <li>• Cabina Audiométrica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audiómetro tipo IV para rango de decibles entre -10dBHL a 70dBHL para frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz, este último de manera opcional. Además, mantenimiento de equipo y de sus accesorios (audífonos, panel).</li> <li>• Niveles máximos permisibles de ruido de ambiente de trabajo deben encontrarse por debajo de lo estipulado por OSHA.</li> <li>• Cabina Audiométrica, equipada con un adecuado sistema de ventilación e iluminación.</li> <li>• Certificado de Mantenimiento vigente</li> <li>• Certificado de calibración vigente</li> </ul>
<b>EVALUACIÓN CARDIACA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrocardiograma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de Mantenimiento vigente</li> <li>• Certificado de calibración vigente</li> </ul>
<b>ESPIROMETRÍA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espirómetro</li> <li>• Jeringa de calibración 3L</li> <li>• Pinzas nasales</li> <li>• Boquillas</li> <li>• Filtro contra bacterias y virus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de Mantenimiento vigente</li> <li>• Certificado de calibración vigente</li> </ul>